

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Δ/ση: Διοικητήριο Πανεπιστημιούπολη

Ζ.Ε.Π. Κοζάνης ΤΚ 50100

Πληροφορίες: Γ. Χαϊτίδης

Τηλ.: +30 2461056470 & 2461056473

Email: [ghaitidis@uowm.gr](mailto:ghaitidis@uowm.gr), [aff00574@uowm.gr](mailto:aff00574@uowm.gr)

**Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικών προσφορών για:  
 την προμήθεια δέκα (10) απινιδωτών για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας,  
 προϋπολογισμού 20.000,00€, συμπεριλαμβανομένου 6% Φ.Π.Α.**

Το Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας, βάσει του Ν. 4412/2016, και έχοντας υπόψη:

- Τον ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και τροποποιήσεων αυτού όπως ισχύουν και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 118.
- Την αριθμ. 4865/24-04-2023 με ΑΔΑ: Ψ8Μ6469Β7Κ-ΘΛΑ Πράξη Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας, με την οποία ορίζεται επιτροπή για την αξιολόγηση των προσφορών των προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος, αντικειμένου σχετικού με τη Δ/ση Μονάδας Ασφάλειας και Προστασίας
- Το από 08/09/2023 Πρωτογενές αίτημα του τμ. Μονάδας Ασφάλειας και Προστασίας Κοζάνης με ΑΔΑΜ: 23REQ013400718, με τις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές.
- Την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με αριθμό 982/08-09-2023, με ΑΔΑ: 62Ω8469Β7Κ-1ΛΔ και ΑΔΑΜ: 23REQ013400783,

προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει οικονομική προσφορά για **την προμήθεια δέκα (10) απινιδωτών για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας**, συνολικού προϋπολογισμού **20.000,00** ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 6%, σύμφωνα με τις συνημμένες προδιαγραφές του Παραρτήματος Ι της Παρούσας.

**Πληροφορίες για τη σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών:** κ. Ευστάθιος Μουρατίδης, τμ. Μονάδας Ασφάλειας και Προστασίας Κοζάνης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, τηλ.: 2461056232, email: [emouratidis@uowm.gr](mailto:emouratidis@uowm.gr) .

Η συνολική δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των **είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00 €)** συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 6% και θα βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Ιδρύματος έτους 2023, ΚΑΕ 9749-Α.

Ταξινόμηση κατά CPV:

33182100-0	Απινιδωτής
------------	------------

*Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικών προσφορών για:  
 την προμήθεια δέκα (10) απινιδωτών για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας*

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να καταθέσουν οικονομική προσφορά για το σύνολο του αντικειμένου της παρούσας Πρόσκλησης. **Κριτήριο αξιολόγησης των προσφορών θα είναι η χαμηλότερη συνολική τιμή με την προϋπόθεση ότι πληρούνται όλοι οι απαιτούμενοι όροι.** Απορρίπτεται η προσφορά που ξεπερνά το όριο του προϋπολογισμού.

Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας στη θέση ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ - «ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ – ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ», (<https://uowm.gr/category/news/calls/>), όπου διατίθεται ο Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς, και η Υπεύθυνη Δήλωση των Παραρτημάτων της παρούσας σε επεξεργάσιμη μορφή.

Οι παραλήπτες, θα πρέπει να **αποστέλλουν ηλεκτρονικά** τα στοιχεία των ενδιαφερομένων εταιριών (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) στην ηλεκτρονική διεύθυνση [ghaitidis@uowm.gr](mailto:ghaitidis@uowm.gr) ή [aff00574@uowm.gr](mailto:aff00574@uowm.gr), έτσι ώστε το Ίδρυμα να έχει στη διάθεσή του πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν την Πρόσκληση, για την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα ή διευκρινήσεις.

**Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν την προσφορά τους, αποκλειστικά σε σφραγισμένο φάκελο, όπου θα περιέχονται:**

- 1) **Τεχνική Προσφορά**, που θα περιλαμβάνει:
  - a. **Πιστοποιητικό Επιμελητηρίου** σε ισχύ στο οποίο θα αναγράφονται οι δραστηριότητες του συμμετέχοντα (όπου θα φαίνεται ότι **το αντικείμενο της δραστηριότητας του υποψηφίου** είναι συναφές με το αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης), γίνεται αποδεκτό εφόσον έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) **εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του**, εκτός αν, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτού, **φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος**.
  - b. **Τον Πίνακα Συμμόρφωσης** του Παραρτήματος Ι, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον προσφέροντα (διατίθεται σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείου word).
- 2) **Οικονομική προσφορά** του Παραρτήματος ΙΙ, συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα (διατίθεται σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείου word).
- 3) **Υπεύθυνη Δήλωση** του Παραρτήματος ΙΙΙ, συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα (διατίθεται σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείου word).

**Στον παραπάνω φάκελο θα αναγράφονται εξωτερικά τα στοιχεία:**

- α) του προσφέροντος** (πλήρη επωνυμία, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., δ/νση, τηλέφωνο, email) **και**
- β) της διαδικασίας** ήτοι:

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ:  
 ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΚΑ (10) ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΗΜ/ΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 22/09/2023, 13:00 μ.μ.

*(Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή το πρωτόκολλο)*

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν **μέχρι τις 22/09/2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ.** (ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών) στο **Τμήμα Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας, 3<sup>ος</sup> Όροφος Διοικητηρίου**, Πανεπιστημιούπολη ΖΕΠ Κοζάνης, Τ.Κ. 50100, τηλ. 24610-56303, 56304, 56305. Η αποσφράγιση των φακέλων θα πραγματοποιηθεί κατά την παραπάνω ημ/νία και ώρα στην αίθουσα συνεδριάσεων της Διεύθυνσης Μονάδας Ασφάλειας και Προστασίας του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας στο Διοικητήριο, στην Πανεπιστημιούπολη, στη ΖΕΠ Κοζάνης.

#### ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

1. Για την απόφαση ανάθεσης, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει τα παρακάτω δικαιολογητικά:
  - i) **Απόσπασμα ποινικού μητρώου**, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι:
    - 1/ δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση
    - α) για κάποιο από τα αδικήματα του αρ. 73 του Ν.4412/2016
    - β) για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας
    - 2/δεν έχει καταδικαστεί βάσει απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας που εκδόθηκε η απόφαση, για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική του διαγωγή.

Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
  - ii) Πιστοποιητικά σε ισχύ που εκδίδονται από τις αρμόδιες κατά περίπτωση Αρχές, από τα οποία να προκύπτει ότι ο ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κύριας και επικουρικής (**ασφαλιστική ενημερότητα**).
  - iii) Πιστοποιητικό σε ισχύ που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις (**φορολογική ενημερότητα**).
  - iv) Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ή προαιρετικά, κατά την κείμενη νομοθεσία, και δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές του σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του, εκτός αν αυτό φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.

Ειδικότερα για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς προσκομίζονται:

i) **για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης**, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της στο ΓΕΜΗ, προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.

ii) Για την **απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών** του νομικού προσώπου γενικό πιστοποιητικό μεταβολών του ΓΕΜΗ, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.

Στις λουπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, αποφάσεις συγκρότησης οργάνων διοίκησης σε σώμα, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.

Σε περίπτωση που για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε πρόσωπο πλέον αυτών που αναφέρονται στα παραπάνω έγγραφα, προσκομίζεται επιπλέον απόφαση- πρακτικό του αρμοδίου καταστατικού οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου με την οποία χορηγήθηκαν οι σχετικές εξουσίες.

2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τους απινιδωτές στο Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη σε χρονικό διάστημα τριάντα (30) **ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης** και σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην παρούσα πρόσκληση.
3. Η παράδοση **θα γίνει στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη και θα πραγματοποιηθεί με δαπάνες του προμηθευτή σε χώρο και χρόνο που θα υποδειχθεί κατόπιν συνεννόησης με το τμ. Μονάδας Ασφάλειας και Προστασίας Κοζάνης** του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας.
4. Το/α παραστατικό/ά του αναδόχου θα εκδοθούν στα εξής στοιχεία:

**Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας**  
**Πανεπιστημιούπολη Ζ.Ε.Π. Κοζάνης,**  
**Τ.Κ. 50100, Κοζάνη**  
**Α.Φ.Μ 999562826, Δ.Ο.Υ Κοζάνης**  
**Τόπος Παράδοσης: .....**

5. Τον ανάδοχο βαρύνουν τα έξοδα μεταφοράς μέχρι και της θέσεως που θα υποδείξει το Πανεπιστήμιο. Η πληρωμή του θα γίνει μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των προς προμήθεια ειδών και αφού προηγηθεί βεβαίωση παραλαβής περί εκπληρώσεως των εν γένει συμβατικών του υποχρεώσεων.
6. Τον ανάδοχο βαρύνει ο προβλεπόμενος κάθε φορά φόρος του Δημόσιου Τομέα (**σήμερα 4% για τις προμήθειες & 8% για τις υπηρεσίες**), ο οποίος όμως **συμψηφίζεται** στο τέλος του έτους από την επιχείρηση, **σύμφωνα με βεβαίωση που θα χορηγηθεί από την υπηρεσία** μας.
7. Επίσης, ο ανάδοχος επιβαρύνεται με:
  - Κράτηση 0,1% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων

*Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικών προσφορών για:  
 την προμήθεια δέκα (10) απινιδωτών για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας*

της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 7 Ν 4912/2022 όπως ισχύει).

- Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016.
- Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ' αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

**Σε περίπτωση που γίνει τροποποίηση των παραπάνω κρατήσεων, ο ανάδοχος επιβαρύνεται σύμφωνα με τις νέες διατάξεις.**

8. Κάθε διαφορά που θα προκύπτει, μεταξύ του αναδόχου και του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας από τη σύμβαση που θα υπογραφεί, θα επιλύεται από το αρμόδιο συλλογικό όργανο του Πανεπιστημίου ή από τα Δικαστήρια Κοζάνης.

Για τυχόν περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στο Τμήμα Προμηθειών του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. επικοινωνίας 24610 56470, 56473).

**Ελέγχθηκε για τη νομιμότητα**

**Ο Πρύτανης,**

**Νομική Υπηρεσία του Πανεπιστημίου**

**Καθηγητής  
 Θεοδουλίδης Θεόδωρος**

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ
CPV: 33182100-0  Απινιδωτής (με μόνιτορ)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Να είναι σύγχρονης διφασικής τεχνολογίας, με δυνατότητα χειροκίνητης (MANUAL) και αυτόματης (AED) λειτουργίας με φωνητικές οδηγίες.</li> <li>2. Να είναι στέρεος και ανθεκτικός ειδικά κατασκευασμένος για χρήση σε διακομιδές ασθενών.</li> <li>3. Να αποτελεί συσκευή φορητού τύπου και να διαθέτει χειρολαβή μεταφοράς.</li> <li>4. Να λειτουργεί με τροφοδοσία 220V/AC καθώς και με 12V/DC.</li> <li>5. Να δέχεται δύο επαναφορτιζόμενες μπαταρίες λιθίου, που να μην χρειάζονται συντήρηση - calibration.</li> <li>6. Να είναι σε θέση να λειτουργεί πλήρως με τροφοδοσία AC ή DC, ακόμα και χωρίς μπαταρίες.</li> <li>7. Να διαθέτει αξιόπιστο έλεγχο της στάθμης φόρτισης των μπαταριών, με ενδεικτικά led επί των μπαταριών, καθώς και οπτική ένδειξη επί της οθόνης του απινιδωτή για κάθε μπαταρία χωριστά.</li> <li>8. Να διαθέτει μπαταρίες που μπορούν να παρέχουν αυτονομία για τουλάχιστον 400 απινιδώσεις στα 360 Joules.</li> <li>9. Να πληροί τις παρακάτω προδιαγραφές λειτουργίας:                         <ul style="list-style-type: none"> <li>• θερμοκρασία: 0-45 °C,</li> <li>• υγρασία: έως 95%,</li> <li>• στεγανότητα έναντι σκόνης και νερού: τουλάχιστον IP44,</li> <li>• υψηλή αντοχή σε κραδασμούς και κρούσεις: να διαθέτει πιστοποίηση για 0,75 meter drop test τουλάχιστον.</li> </ul> </li> <li>10. Να διαθέτει μέγιστη χορηγούμενη ενέργεια 360 Joules διφασικά.</li> <li>11. Να διαθέτει χρόνο φόρτισης στα 360 Joules έως 10 δευτερόλεπτα (μέγιστος χρόνος).</li> <li>12. Να δίνεται η δυνατότητα της επιλογής της χορηγούμενης ενέργειας καθώς και η φόρτιση-εκφόρτιση να γίνεται από τον πίνακα ελέγχου της συσκευής καθώς και από τα paddles.</li> </ol>	<p><b>Δέκα (10)</b></p>

Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικών προσφορών για:  
 την προμήθεια δέκα (10) απινιδωτών για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

	<p>13. Να έχει την δυνατότητα πραγματοποίησης συγχρονισμένης απινίδωσης και να διαθέτει φυσικό πλήκτρο που να ανταποκρίνεται απευθείας στην λειτουργία αυτή.</p> <p>14. Να έχει την δυνατότητα αποθήκευσης στην μνήμη και καταγραφής τουλάχιστον 300 λεπτών ΗΚΓ.</p> <p>15. Να διαθέτει ενσωματωμένο εξωτερικό αναίμακτο βηματοδότη με τα εξής χαρακτηριστικά:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Πλάτος παλμού βηματοδότησης: 20 – 40 msec.</li> <li>• Να λειτουργεί σε demand &amp; fixed rate.</li> <li>• Ένταση ρεύματος: 0 – 200 mA.</li> <li>• Παλμοί: 50 – 170 / λεπτό (bpm).</li> <li>• Να διαθέτει φυσικά πλήκτρα (όχι software) για την λειτουργία βηματοδότησης στα οποία να αναγράφεται η λειτουργία τους.</li> <li>• Να διαθέτει φυσικό πλήκτρο (όχι software), παύσης της βηματοδότησης (pause).</li> </ul> <p>16. Να διαθέτει λειτουργία μέτρησης οξυμετρίας δακτύλου τεχνολογίας Masimo και να συνοδεύεται από ένα παιδιατρικό αισθητήρα πολλαπλών χρήσεων.</p> <p>17. Να διαθέτει υποδοχή για αισθητήρες SpCO/SpMet μετά από μελλοντική αναβάθμιση.</p> <p>18. Να διαθέτει NIBP - Λειτουργία αναίμακτης πίεσης.</p> <p>19. Να διαθέτει 12-lead interpretation - Λειτουργία αυτόματης διάγνωσης 12-πολικού ΗΚΓτος, για ενήλικες και παιδιά.</p> <p>20. Να διαθέτει EtCO2 - Λειτουργία καπνογραφίας για ενήλικες και παιδιά διασωληνωμένους και μη.</p> <p>21. Να διαθέτει «MONITOR» με οπτικοακουστικούς συναγερμούς με αυτόματα ρυθμιζόμενα όρια για όλες τις ενεργές παραμέτρους του ασθενούς, με έγχρωμη οθόνη τουλάχιστον 8” που να έχει δυνατότητα εναλλαγής από έγχρωμη σε ασπρόμαυρη και στην οποία να απεικονίζονται:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Τιμή χορηγούμενης ενέργειας.</li> <li>• 3 κανάλια ΗΚΓ.</li> <li>• Απαγωγή του ΗΚΓ.</li> <li>• Καρδιακός ρυθμός.</li> <li>• Ρυθμός βηματοδότησης και αποδιδόμενο φορτίο βηματοδότησης.</li> <li>• Alarms καρδιακής συχνότητας με ρυθμιζόμενα άνω και κάτω όρια.</li> <li>• Μηνύματα καθοδήγησης του χειριστή κατά την αυτόματη λειτουργία (AED).</li> </ul>	
--	---	--

*Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικών προσφορών για:  
 την προμήθεια δέκα (10) απινιδωτών για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας*

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Υπόλοιπο μπαταρίας /ων.</li> </ul> <p>22. Να διαθέτει «ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ» με τα εξής χαρακτηριστικά :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Να περιλαμβάνει καταγραφικό θερμικού τύπου, με χαρτί πλάτους 100 mm τουλάχιστον.</li> <li>• Να διαθέτει ταχύτητα καταγραφής 25 mm/sec.</li> <li>• Να έχει την δυνατότητα αυτόματης ή χειροκίνητης καταγραφής του ΗΚΓ.</li> <li>• Να έχει την δυνατότητα καταγραφής τριών (3) απαγωγών ταυτόχρονα.</li> <li>• Να έχει την δυνατότητα καθυστερημένης καταγραφής για τουλάχιστον 8 sec.</li> </ul> <p>23. Ο κάθε απινιδωτής να συνοδεύεται από:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ένα (1) ζεύγος ηλεκτροδίων εξωτερικής απινίδωσης (Hard Paddles) Ενηλίκων και Παιδων.</li> <li>• Δύο (2) ζεύγη αυτοκόλλητων pads απινίδωσης – βηματοδότησης ενηλίκων.</li> <li>• Ένα (1) συνδετικό καλώδιο για τα αυτοκόλλητα απινίδωσης.</li> <li>• Ένα (1) 12-πολικό καλώδιο ηλεκτροκαρδιογραφήματος</li> <li>• Ένα (1) Τροφοδοτικό /φορτιστή μπαταριών 12V/DC.</li> <li>• Τέσσερις (4) επαναφορτιζόμενες μπαταρίες λιθίου.</li> <li>• Δύο (2) ρολά θερμικό χαρτί εκτυπωτή.</li> <li>• Test load απινίδωσης.</li> <li>• Μία (1) τσάντα μεταφοράς, με θήκες και μάντα μεταφοράς ώμου.</li> <li>• Ένα (1) παιδιατρικό αισθητήρα οξυμετρίας SPO2 πολλαπλών χρήσεων.</li> <li>• Οδηγίες Χρήσης στην Ελληνική γλώσσα.</li> </ul> <p>Τεχνικό εγχειρίδιο στην Ελληνική γλώσσα.</p>	
--	--	--

**ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ :**

1. Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο (2) έτη και επάρκεια ανταλλακτικών και αναλωσίμων για δέκα (10) έτη.
2. Ο υποψήφιος ανάδοχος να διαθέτει μόνιμα οργανωμένο τμήμα τεχνικής υποστήριξης και SERVICE καθώς και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, με πιστοποιητικό εκπαίδευσης από τον κατασκευαστικό οίκο για τη συντήρηση των προσφερομένων ειδών.
3. Να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τις διεθνείς ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας και να διαθέτει σήμανση CE mark.
4. Να διατίθεται από αντιπρόσωπο που διαθέτει πιστοποίηση ISO 13485 με πεδίο πιστοποίησης την τεχνική υποστήριξη απινιδωτών.

*Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικών προσφορών για:  
 την προμήθεια δέκα (10) απινιδωτών για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας*



5. Ο υποψήφιος ανάδοχος να διαθέτει διακριβωμένα όργανα για τον έλεγχο/συντήρηση/επισκευή του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού που προσφέρεται. Εάν υφίσταται, να κατατεθεί κατάλογος οργάνων για όλους τους απαραίτητους ελέγχους, όπως προκύπτουν από το εγχειρίδιο του κατασκευαστή και πρόσφατα πιστοποιητικά διακρίβωσής τους.

6. Να είναι προϊόντα καινούρια, αμεταχειρίιστα, πλήρη, ανθεκτικής κατασκευής και να πληρούν τους όρους των προαναφερθέντων τεχνικών χαρακτηριστικών.

### Πίνακα Συμμόρφωσης

Να κατατεθεί, επί ποινή αποκλεισμού, αναλυτικός Πίνακας Συμμόρφωσης προς τις τεχνικές προδιαγραφές με αντίστοιχες παραπομπές στα επίσημα φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου (prospectus, product data, manual κλπ), έντυπα και λουπά έγγραφα της τεχνικής προσφοράς του οικονομικού φορέα.

Στη Στήλη «ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.

Στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» συμπληρώνεται η λέξη «ΝΑΙ», θεωρούμενη ως απαραίτος όρος στην παρούσα Πρόσκληση. Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως απαραίτους όρους απορρίπτονται ως απαραίδεκτες.

Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την Προσφορά ή ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην Προσφορά. Απλή κατάφαση ή επεξήγηση δεν αποτελεί απόδειξη πλήρωσης της προδιαγραφής και η αρμόδια Επιτροπή έχει την υποχρέωση ελέγχου και επιβεβαίωσης της πλήρωσης της απαίτησης (ιδιαίτερα αν αυτή αποτελεί ελάχιστη).

Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε παράρτημα της Προσφοράς το οποίο θα περιλαμβάνει αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών, ή αναλυτικές τεχνικές περιγραφές των υπηρεσιών, του εξοπλισμού ή του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας ή αναφορές μεθοδολογίας εγκατάστασης και υποστήριξης κλπ., που κατά την κρίση του υποψηφίου Αναδόχου τεκμηριώνουν τα στοιχεία του Πίνακα Συμμόρφωσης.

Είναι ιδιαίτερα επιθυμητή η πληρέστερη συμπλήρωση των παραπομπών, οι οποίες πρέπει να είναι κατά το δυνατόν συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4, κ.λπ.). Αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο ή στη σχετική αναφορά, μεθοδολογικό εργαλείο, τεχνική κτλ θα υπογραμμιστεί το σημείο που τεκμηριώνει τη συμφωνία ή υπερκάλυψη και θα σημειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του Πίνακα Συμμόρφωσης στην οποία καταγράφεται η ζητούμενη προδιαγραφή (π.χ. Προδ. 4.18).

Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία του Πίνακα Συμμόρφωσης και η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται. Η αρμόδια Επιτροπή θα αξιολογήσει τα παρεχόμενα από τους υποψήφιους Αναδόχους στοιχεία κατά την αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών.

Σε περίπτωση που δεν έχει συμπληρωθεί η στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» και η στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ», όπου απαιτείται από τους όρους στον Πίνακα Συμμόρφωσης, τότε θεωρείται ότι δεν υπάρχει απάντηση στο σχετικό όρο και άρα η τεχνική προσφορά θα θεωρείται ως μη αποδεκτή.

*Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικών προσφορών για:  
την προμήθεια δέκα (10) απινιδωτών για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας*

Α/Α	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
1	Να είναι σύγχρονης διφασικής τεχνολογίας, με δυνατότητα χειροκίνητης (MANUAL) και αυτόματης (AED) λειτουργίας με φωνητικές οδηγίες.	ΝΑΙ		
2	Να είναι στέρεος και ανθεκτικός ειδικά κατασκευασμένος για χρήση σε διακομιδές ασθενών.	ΝΑΙ		
3	Να αποτελεί συσκευή φορητού τύπου και να διαθέτει χειρολαβή μεταφοράς.	ΝΑΙ		
4	Να λειτουργεί με τροφοδοσία 220V/AC καθώς και με 12V/DC.	ΝΑΙ		
5	Να δέχεται δύο επαναφορτιζόμενες μπαταρίες λιθίου, που να μην χρειάζονται συντήρηση - calibration.	ΝΑΙ		
6	Να είναι σε θέση να λειτουργεί πλήρως με τροφοδοσία AC ή DC, ακόμα και χωρίς μπαταρίες.	ΝΑΙ		
7	Να διαθέτει αξιόπιστο έλεγχο της στάθμης φόρτισης των μπαταριών, με ενδεικτικά led επί των μπαταριών, καθώς και οπτική ένδειξη επί της οθόνης του απινιδωτή για κάθε μπαταρία χωριστά.	ΝΑΙ		
8	Να διαθέτει μπαταρίες που μπορούν να παρέχουν αυτονομία για τουλάχιστον 400 απινιδώσεις στα 360 Joules.	ΝΑΙ		
9	<p>Να πληροί τις παρακάτω προδιαγραφές λειτουργίας:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• θερμοκρασία: 0-45 °C,</li> <li>• υγρασία: έως 95%,</li> <li>• στεγανότητα έναντι σκόνης και νερού: τουλάχιστον IP44,</li> <li>• υψηλή αντοχή σε κραδασμούς και κρούσεις: να διαθέτει πιστοποίηση για 0,75 meter drop test τουλάχιστον.</li> </ul>	ΝΑΙ		
10	Να διαθέτει μέγιστη χορηγούμενη ενέργεια 360 Joules διφασικά.	ΝΑΙ		
11	Να διαθέτει χρόνο φόρτισης στα 360 Joules έως 10 δευτερόλεπτα (μέγιστος χρόνος).	ΝΑΙ		
12	Να δίνεται η δυνατότητα της επιλογής της χορηγούμενης ενέργειας καθώς και η φόρτιση- εκφόρτιση να γίνεται από τον πίνακα ελέγχου της συσκευής καθώς και από τα paddles.	ΝΑΙ		
13	Να έχει την δυνατότητα πραγματοποίησης συγχρονισμένης απινίδωσης και να διαθέτει φυσικό πλήκτρο που να ανταποκρίνεται απευθείας στην λειτουργία αυτή.	ΝΑΙ		
14	Να έχει την δυνατότητα αποθήκευσης στην μνήμη και καταγραφής τουλάχιστον 300 λεπτών ΗΚΓ.	ΝΑΙ		

Α/Α	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
15	<p>Να διαθέτει ενσωματωμένο εξωτερικό αναίμακτο βηματοδότη με τα εξής χαρακτηριστικά:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Πλάτος παλμού βηματοδότησης: 20 – 40 msec.</li> <li>• Να λειτουργεί σε demand &amp; fixed rate.</li> <li>• Ένταση ρεύματος: 0 – 200 mA.</li> <li>• Παλμοί: 50 – 170 / λεπτό (bpm).</li> <li>• Να διαθέτει φυσικά πλήκτρα (όχι software) για την λειτουργία βηματοδότησης στα οποία να αναγράφεται η λειτουργία τους.</li> <li>• Να διαθέτει φυσικό πλήκτρο (όχι software), παύσης της βηματοδότησης (pause).</li> </ul>	<b>ΝΑΙ</b>		
16	<p>Να διαθέτει λειτουργία μέτρησης οξυμετρίας δακτύλου τεχνολογίας Masimo και να συνοδεύεται από ένα παιδιατρικό αισθητήρα πολλαπλών χρήσεων.</p>	<b>ΝΑΙ</b>		
17	<p>Να διαθέτει υποδοχή για αισθητήρες SpCO/SpMet μετά από μελλοντική αναβάθμιση.</p>	<b>ΝΑΙ</b>		
18	<p>Να διαθέτει NIBP - Λειτουργία αναίμακτης πίεσης.</p>	<b>ΝΑΙ</b>		
19	<p>Να διαθέτει 12-lead interpretation - Λειτουργία αυτόματης διάγνωσης 12-πολικού ΗΚΓτος, για ενήλικες και παιδιά.</p>	<b>ΝΑΙ</b>		
20	<p>Να διαθέτει EtCO2 - Λειτουργία καπνογραφίας για ενήλικες και παιδιά, διασωληνωμένους και μη.</p>	<b>ΝΑΙ</b>		
21	<p>Να διαθέτει «MONITOR» με οπτικοακουστικούς συναγερμούς με αυτόματα ρυθμιζόμενα όρια για όλες τις ενεργές παραμέτρους του ασθενούς, με έγχρωμη οθόνη τουλάχιστον 8” που να έχει δυνατότητα εναλλαγής από έγχρωμη σε ασπρόμαυρη και στην οποία να απεικονίζονται:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Τιμή χορηγούμενης ενέργειας.</li> <li>• 3 κανάλια ΗΚΓ.</li> <li>• Απαγωγή του ΗΚΓ.</li> <li>• Καρδιακός ρυθμός.</li> <li>• Ρυθμός βηματοδότησης και αποδιδόμενο φορτίο βηματοδότησης.</li> <li>• Alarms καρδιακής συχνότητας με ρυθμιζόμενα άνω και κάτω όρια.</li> <li>• Μηνύματα καθοδήγησης του χειριστή κατά την αυτόματη λειτουργία (AED).</li> <li>• Υπόλοιπο μπαταρίας /ων.</li> </ul>	<b>ΝΑΙ</b>		

Α/Α	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
22	<p>Να διαθέτει «ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ» με τα εξής χαρακτηριστικά :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Να περιλαμβάνει καταγραφικό θερμικού τύπου, με χαρτί πλάτους 100 mm τουλάχιστον.</li> <li>• Να διαθέτει ταχύτητα καταγραφής 25 mm/sec.</li> <li>• Να έχει την δυνατότητα αυτόματης ή χειροκίνητης καταγραφής του ΗΚΓ.</li> <li>• Να έχει την δυνατότητα καταγραφής τριών (3) απαγωγών ταυτόχρονα.</li> <li>• Να έχει την δυνατότητα καθυστερημένης καταγραφής για τουλάχιστον 8 sec.</li> </ul>	<b>ΝΑΙ</b>		
23	<p>Ο κάθε απινιδωτής να συνοδεύεται από:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ένα (1) ζεύγος ηλεκτροδίων εξωτερικής απινίδωσης (Hard Paddles) Ενηλίκων και Παίδων.</li> <li>• Δύο (2) ζεύγη αυτοκόλλητων pads απινίδωσης – βηματοδότησης ενηλίκων.</li> <li>• Ένα (1) συνδετικό καλώδιο για τα αυτοκόλλητα απινίδωσης.</li> <li>• Ένα (1) 12-πολικό καλώδιο ηλεκτροκαρδιογραφήματος.</li> <li>• Ένα (1) Τροφοδοτικό /φορτιστή μπαταριών 12V/DC.</li> <li>• Τέσσερις (4) επαναφορτιζόμενες μπαταρίες λιθίου.</li> <li>• Δύο (2) ρολά θερμικό χαρτί εκτυπωτή.</li> <li>• Test load απινίδωσης.</li> <li>• Μία (1) τσάντα μεταφοράς, με θήκες και μάντα μεταφοράς ώμου.</li> <li>• Ένα (1) παιδιατρικό αισθητήρα οξυμετρίας SPO2 πολλαπλών χρήσεων.</li> <li>• Οδηγίες Χρήσης στην Ελληνική γλώσσα.</li> <li>• Τεχνικό εγχειρίδιο στην Ελληνική γλώσσα.</li> </ul>	<b>ΝΑΙ</b>		
24	<p>Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο (2) έτη και επάρκεια ανταλλακτικών και αναλωσίμων για δέκα (10) έτη.</p>	<b>ΝΑΙ</b>		
25	<p>Ο υποψήφιος ανάδοχος να διαθέτει μόνιμα οργανωμένο τμήμα τεχνικής υποστήριξης και SERVICE καθώς και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, με πιστοποιητικό εκπαίδευσης από τον κατασκευαστικό οίκο για τη συντήρηση των προσφερομένων ειδών. <b>Να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση από τον εκπρόσωπο και τα πιστοποιητικά εκπαίδευσης στην τεχνική προσφορά.</b></p>	<b>ΝΑΙ</b>		

Α/Α	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
26	Να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τις διεθνείς ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας και να διαθέτει σήμανση CE mark. <b>Να κατατεθεί στην τεχνική προσφορά.</b>	ΝΑΙ		
27	Να διατίθεται από αντιπρόσωπο που διαθέτει πιστοποίηση ISO 13485 με πεδίο πιστοποίησης την τεχνική υποστήριξη απινιδωτών. <b>Να κατατεθεί στην τεχνική προσφορά.</b>	ΝΑΙ		
28	Ο υποψήφιος ανάδοχος να διαθέτει διακριβωμένα όργανα για τον έλεγχο/συντήρηση/επισκευή του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού που προσφέρεται. <b>Εάν υφίσταται, να κατατεθεί κατάλογος οργάνων</b> για όλους τους απαραίτητους ελέγχους, όπως προκύπτουν από το εγχειρίδιο του κατασκευαστή και πρόσφατα πιστοποιητικά διακρίβωσής τους.	ΝΑΙ		
29	Να είναι προϊόντα καινούρια, αμεταχείριστα, πλήρη, ανθεκτικής κατασκευής και να πληρούν τους όρους των προαναφερθέντων τεχνικών χαρακτηριστικών.	ΝΑΙ		
30	<p><b>Ποσότητα: δέκα (10) τεμάχια</b></p> <p><b>Χρόνος Παράδοσης:</b> Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τους απινιδωτές στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη σε χρονικό διάστημα <b>τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών</b> από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην παρούσα πρόσκληση.</p> <p><b>Τόπος Παράδοσης:</b> Η παράδοση θα γίνει στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη και θα πραγματοποιηθεί με δαπάνες του προμηθευτή σε χώρο και χρόνο που θα υποδειχθεί κατόπιν συνεννόησης με το τμ. Μονάδας Ασφάλειας και Προστασίας Κοζάνης του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας</p>	ΝΑΙ		

Ημερομηνία: \_\_/\_\_/\_\_

Όνομα – Επωνυμία – Σφραγίδα – Υπογραφή

.....

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ**

**ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

(διατίθεται σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείου word στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας στη θέση ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ - «ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ – ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ», (<https://uowm.gr/category/news/calls/>))

(Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να καταθέσουν οικονομική προσφορά για το σύνολο του αντικειμένου της παρούσας Πρόσκλησης. Κριτήριο αξιολόγησης των προσφορών θα είναι η χαμηλότερη συνολική τιμή με την προϋπόθεση ότι πληρούνται όλοι οι απαιτούμενοι όροι. Απορρίπτεται η προσφορά που ξεπερνά το όριο του προϋπολογισμού.)

Ο/η υπογράφων/-ουσα ..... για λογαριασμό της εταιρείας ..... αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τους όρους της Πρόσκλησης του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας για «την προμήθεια δέκα (10) απινιδωτών για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, προϋπολογισμού 20.000,00€, συμπεριλαμβανομένου 6% Φ.Π.Α.» και προσφέρω την παρακάτω τιμή:

α/α	Είδος	Προϋπολογισμός (€) με ΦΠΑ 6%	Ποσότητα (τεμ)	Προσφερόμενη τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ (€/τεμ)	Προσφερόμενη τιμή μονάδας με ΦΠΑ 6% (€/τεμ)	Καθαρή αξία χωρίς ΦΠΑ (€)	Συνολική προσφερόμενη τιμή με ΦΠΑ (€)
1.	Προμήθεια απινιδωτών για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας	20.000,00	10				
<b>Σύνολα:</b>			<b>10</b>				

Ημερομηνία \_\_\_/\_\_\_/2023

Όνομα – Επωνυμία – Σφραγίδα - Υπογραφή

.....

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ



ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ <sup>(1)</sup> :	ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ						
Ο – Η Όνομα:				Επώνυμο:			
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:							
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:							
Ημερομηνία γέννησης <sup>(2)</sup> :							
Τόπος Γέννησης:							
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:				Τηλ:			
Τόπος Κατοικίας:			Οδός:			Αριθ:	TK:
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):				Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυ-δρομείου (Email):			

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις<sup>(3)</sup>, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

- «έχουμε λάβει γνώση των τεχνικών προδιαγραφών, εργασιών και των όρων της σχετικής πρόσκλησης υποβολής προσφοράς και των σχετικών με αυτήν διατάξεων και κείμενων νόμων και τους αποδεχόμαστε πλήρως. Η προσφορά μας είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές εργασίες της σχετικής πρόσκλησης προσφοράς. Η υπηρεσία θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, τους όρους της σχετικής πρόσκλησης προσφοράς και των σχετικών με αυτήν διατάξεων και κείμενων νόμων».
- «η εταιρεία/επιχείρησή μας δεν βρίσκεται σε καμία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 & 74 του Ν.4412/2016, δεν έχει εκδοθεί σε βάρος της απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν.4412/2016, η συμμετοχή της δε δημιουργεί κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 24 του Ν.4412/2016 και δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν.4412/2016.».
- «ως προσωρινός ανάδοχος, μετά από την αποστολή σχετικής πρόσκλησης, αναλαμβάνουμε να προσκομίσουμε τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4250/2014 (Α' 74),
- τηρώ και θα εξακολουθώ να τηρώ κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγώ, τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους
- δεν θα ενεργήσω αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγώ,
- λαμβάνω τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξω την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοιες.
- συναινών ώστε η αναθέτουσα αρχή ή και τρίτοι, κατ' εντολή και για λογαριασμό της, να επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται σε αυτήν, στο πλαίσιο της παρούσας δαπάνης, για το σκοπό της αξιολόγησης των προσφορών και της ενημέρωσης έτερων συμμετεχόντων σε αυτήν, λαμβάνοντας κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από κάθε μορφής αθέμιτη επεξεργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.  
 (2) Αναγράφεται ολογράφως.  
 (3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.

Ημερομηνία: ..... 2023  
 Ο – Η Δηλ.

Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικών προσφορών για:  
 την προμήθεια δέκα (10) απινιδωτών για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

